



SOSTITUIRE IL SET DI INFUSIONE E IL SERBATOIO MINIMED™ OGNI 2/3 GIORNI PER UN MIGLIOR CONTROLLO GLICEMICO¹



Sostituire abitualmente il set di infusione e il serbatoio ogni **2/3 giorni** permette di mantenere un migliore controllo glicemico, riducendo il rischio di episodi di iperglicemia.¹



Sostituire set e serbatoio con la giusta frequenza **riduce il rischio di interruzioni nell'infusione** di insulina dovute, per esempio, a ostruzione, piegamento, attorcigliamento, fuoriuscita della cannula e altro, migliorando il controllo glicemico.²



Una corretta frequenza di sostituzione del set e del serbatoio consente di **evitare l'insorgenza di effetti indesiderati** al sito di infusione, quali dolore, irritazione, lividi, prurito, gonfiore, ecc.²

PER UNA GESTIONE MIGLIORE DELLA TERAPIA E UNA MAGGIORE LIBERTÀ

1. Thethi TK. et al. Consequence of delayed pump infusion line change in patients with type 1 diabetes mellitus treated with continuous subcutaneous insulin infusion. J Diabetes Complication 2010; 24(2):73-78.
2. Pfützner A, et al. Using Insulin Infusion Sets in CSII for Longer Than the Recommended Usage Time Leads to a High Risk for Adverse Events: Results From a Prospective Randomized Crossover Study. J Diabetes Sci Tehnol. 2015; 9(6):1292-1298

Il presente documento è destinato esclusivamente al personale medico-sanitario.

Nonostante le ragionevoli precauzioni prese nella redazione del presente documento, Medtronic non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni, né per gli usi dei materiali ivi contenuti o le decisioni basate su tali usi. Il presente documento non contiene tutte le informazioni necessarie per una cura e un trattamento completo del paziente. Per tali ragioni, nessun soggetto può affidarsi alle informazioni ivi presentate per l'elaborazione di un programma di trattamento completo o per la terapia del paziente. Non vengono fornite garanzie, espresse o implicite, per quanto riguarda i contenuti del presente documento o la relativa applicabilità a pazienti o circostanze specifiche. Per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni dei dispositivi citati, si prega di consultare le istruzioni per l'uso dei singoli dispositivi. Medtronic non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per danni diretti, indiretti, particolari, incidentali o consequenziali dovuti all'utilizzo o alla interpretazione non corretta dei contenuti del presente documento.

Medtronic
Further, Together